

CONJUNTO PARA ENSAYO DE LIMITE PLASTICO

Ficha Técnica Comercial

Consiste en una selección de los equipos necesarios para llevar a cabo el ensayo de limite plástico de acuerdo con las especificaciones ASTM y AASHTO

COMPONENTES DEL CONJUNTO

- Placa de vidrio esmerilado (1 Und)
- Espátula de acero inoxidable (1 Und)
- Probeta graduada PP de 25 ml (1 Und)
- Taritas de humedad (12 Unid)
- Plato de mezclado (1 Und)



PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
<i>Placa de Vidrio</i>	Una cara esmerilada, 30 x 30 x 1 cm
<i>Espatula</i>	Acero inoxidable, hoja flexible de 100 mm, mango de madera
<i>Probeta</i>	Plastica, de 25 ml
<i>Taritas de humedad</i>	Acero Inoxidable con tapa, 54 mm Ø x 35 mm h.
<i>Plato de Mezclado</i>	Porcelana